



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

**ANEXO 01.**

## CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Descripción de la partida, conforme Anexo 01	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar y tiempo de entrega.
<b>UNIDADES DENTALES</b>			
<p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIDAD CONFORMADA DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE Y/O METAL.</li> <li>• MEDIDAS APROXIMADAS* DE LA UNIDAD DENTAL; LARGO 1.90 CM Y ANCHO 1 METRO.</li> <li>• CAPACIDAD DE CARGA 170 KG A 200 KG.</li> <li>• PINTURA RESISTENTE AL AGUA, QUÍMICOS Y CORROSIÓN.</li> <li>• JERINGA TRIPLE.</li> <li>• ENTRADA PARA CAVITRON.</li> <li>• CONTAR CON ENTRADA PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA (TOMA ELÉCTRICA).</li> <li>• TAPIZ CONFORT COLOR NARANJA, LAVABLE NO CORROSIVO E IMPERMEABLE.</li> <li>• MOTORES SILENCIOSOS CON CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A MANEJO RUDO.</li> <li>• CHAROLA MODULAR LATERAL CON ELEVACIÓN IGUAL AL SILLÓN DE METAL O FIBRA DE VIDRIO.</li> <li>• COLGADORES AUTOMÁTICOS DE ALUMINIO, MANGUERAS Y CONEXIONES PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA DE 2 VIAS.</li> <li>• ESCUPIDERA DEBE SER DE CRISTAL O CERÁMICA, DESMONTABLE. (NO DE PLÁSTICO).</li> <li>• CON EYECTOR VENTURY O SIMILAR.</li> <li>• BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA UNIDAD DENTAL.</li> <li>• PEDAL EN MOVIMIENTO EN LA BASE.</li> </ul>	57	PIEZA	<p style="text-align: center;">A LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.</p> <p style="text-align: center;">LIBRE A BORDO E INSTALADO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLÓGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT</p> <p style="text-align: center;">(DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO) DIRECCIÓN: CIUDAD DE LA CULTURA SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, C.P. 63000. TEPIC, NAYARIT, MÉXICO.</p>

1



**CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

- CON SILLA O BANCO PARA EL OPERADOR. (CON SISTEMA FLUSH Y RESPALDO ERGONOMICO).
- CABEZAL CON SISTEMA CONFORT DESMONTABLE.
- COMANDO DE MOVIMIENTOS DEL SILLON, CON POSICION CERO Y POSICION DE TRABAJO POR PREESTABLECIDA.
- LAMPARA LED QUE NO EMITA CALOR Y CON CARACTERISTICAS NO TOUCH.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- MEDIDAS NECESARIAS PARA MONTAR LA UNIDAD.
- PRESION DE AIRE: COMPRIMIDO 1/2"
- AGUA: DIAMETRO DE TUBERIA PARA 3/4"
- ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.
- DRENAJE: DESEMBOCA EN UN TUBO DE PVC DE 2".